

桜の聖母短期大学構内放射線測定結果(平均値  $\mu$  Sv/hour)

令和元年度 地上100cmにおける測定

		4月6日	5月10日	6月14日	7月8日	8月2日
屋外	学生通用口	0.07	0.063	0.07	0.143	0.077
	学生自転車置き場	0.073	0.067	0.073	0.06	0.07
	バス停	0.16	0.1	0.177	0.18	0.163
	正面玄関	0.053	0.14	0.143	0.147	0.143
	マリアンホール正面玄関	0.08	0.11	0.093	0.13	0.097
屋内						
マルグリット館	学生ホール	0.023	0.037	0.043	0.03	0.033
	1F 正面玄関ホール	0.037	0.033	0.033	0.033	0.04
	学生通用口廊下	0.04	0.04	0.037	0.08	0.04
	2F キャリア相談室	0.027	0.037	0.033	0.027	0.033
	3F 調理実習室	0.037	0.033	0.033	0.03	0.033
	4F Rm.413	0.033	0.04	0.033	0.037	0.037
	5F Rm.500	0.033	0.043	0.037	0.027	0.033
	6F EVホール	0.033	0.037	0.033	0.037	0.03
マリアンホール						
	1F プレイルーム1	0.027	0.023	0.033	0.03	0.03
	第2学生ホール	0.037	0.027	0.027	0.027	0.027
	2F 図書館	0.033	0.023	0.037	0.027	0.027
	3F 講堂	0.033	0.03	0.033	0.03	0.033
ミリアム館						
	1F 親と子の広場	0.027	0.023	0.03	0.027	0.027
	2F プレイルーム2	0.033	0.023	0.033	0.033	0.033
	3F 音楽室	0.03	0.03	0.03	0.033	0.03

\* 平成23年9月からより精緻な放射線測定を行うため、性能の高い測定器を購入しました。  
小数点第2位まで測定できます。

測定機種名:Thermo SCIENTIFIC RadEye PRD-ER

