

桜の聖母短期大学構内放射線測定結果(平均値 μ Sv/hour)

令和2年度 地上100cmにおける測定

		4月3日	6月5日	7月3日		
屋外	学生通用口	0.053	0.06	0.08		
	学生自転車置き場	0.06	0.053	0.063		
	バス停	0.097	0.117	0.123		
	正面玄関	0.107	0.1	0.1		
	マリアンホール正面玄関	0.063	0.083	0.083		
屋内						
マルグリット館	学生ホール	0.023	0.027	0.033		
	1F 正面玄関ホール	0.02	0.03	0.027		
	学生通用口廊下	0.037	0.03	0.037		
	2F キャリア相談室	0.027	0.03	0.027		
	3F 調理実習室	0.027	0.033	0.03		
	4F Rm.413	0.033	0.033	0.033		
	5F Rm.500	0.027	0.027	0.027		
	6F EVホール	0.037	0.033	0.033		
マリアンホール						
	1F プレイルーム1	0.023	0.023	0.027		
	第2学生ホール	0.023	0.02	0.027		
	2F 図書館	0.027	0.023	0.03		
	3F 講堂	0.033	0.023	0.033		
ミリアム館						
	1F 親と子の広場	0.027	0.023	0.027		
	2F プレイルーム2	0.03	0.027	0.033		
	3F 音楽室	0.03	0.03	0.033		

* 平成23年9月からより精緻な放射線測定を行うため、性能の高い測定器を購入しました。小数点第2位まで測定できます。

測定機種名: Thermo SCIENTIFIC RadEye PRD-ER