

桜の聖母短期大学構内放射線測定結果(平均値 μ Sv/hour)

令和2年度 地上100cmにおける測定

		4月3日	6月5日	7月3日	8月7日	
屋外	学生通用口	0.053	0.06	0.08	0.083	
	学生自転車置き場	0.06	0.053	0.063	0.067	
	バス停	0.097	0.117	0.123	0.153	
	正面玄関	0.107	0.1	0.1	0.117	
	マリアンホール正面玄関	0.063	0.083	0.083	0.103	
屋内						
マルグリット館	学生ホール	0.023	0.027	0.033	0.033	
	1F 正面玄関ホール	0.02	0.03	0.027	0.027	
	学生通用口廊下	0.037	0.03	0.037	0.043	
	2F キャリア相談室	0.027	0.03	0.027	0.027	
	3F 調理実習室	0.027	0.033	0.03	0.03	
	4F Rm.413	0.033	0.033	0.033	0.033	
	5F Rm.500	0.027	0.027	0.027	0.03	
	6F EVホール	0.037	0.033	0.033	0.033	
マリアンホール						
	1F プレイルーム1	0.023	0.023	0.027	0.027	
	第2学生ホール	0.023	0.02	0.027	0.027	
	2F 図書館	0.027	0.023	0.03	0.027	
	3F 講堂	0.033	0.023	0.033	0.033	
ミリアム館						
	1F 親と子の広場	0.027	0.023	0.027	0.037	
	2F プレイルーム2	0.03	0.027	0.033	0.03	
	3F 音楽室	0.03	0.03	0.033	0.03	

* 平成23年9月からより精緻な放射線測定を行うため、性能の高い測定器を購入しました。
 小数点第2位まで測定できます。

測定機種名: Thermo SCIENTIFIC RadEye PRD-ER