

桜の聖母短期大学構内放射線測定結果(平均値 μ Sv/hour)

令和2年度 地上100cmにおける測定

		4月3日	6月5日	7月3日	8月7日	9月4日	10月2日	11月6日		
屋外	学生通用口	0.053	0.06	0.08	0.083	0.077	0.053	0.057		
	学生自転車置き場	0.06	0.053	0.063	0.067	0.063	0.053	0.07		
	バス停	0.097	0.117	0.123	0.153	0.167	0.103	0.17		
	正面玄関	0.107	0.1	0.1	0.117	0.097	0.097	0.11		
	マリアンホール正面玄関	0.063	0.083	0.083	0.103	0.083	0.073	0.06		
屋内										
マルグリット館	学生ホール	0.023	0.027	0.033	0.033	0.033	0.03	0.037		
	1F 正面玄関ホール	0.02	0.03	0.027	0.027	0.033	0.033	0.033		
	学生通用口廊下	0.037	0.03	0.037	0.043	0.037	0.033	0.043		
	2F キャリア相談室	0.027	0.03	0.027	0.027	0.027	0.027	0.03		
	3F 調理実習室	0.027	0.033	0.03	0.03	0.03	0.03	0.033		
	4F Rm.413	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.037		
	5F Rm.500	0.027	0.027	0.027	0.03	0.03	0.027	0.03		
	6F EVホール	0.037	0.033	0.033	0.033	0.043	0.04	0.033		
マリアンホール										
	1F プレイルーム1	0.023	0.023	0.027	0.027	0.033	0.03	0.03		
	第2学生ホール	0.023	0.02	0.027	0.027	0.02	0.027	0.023		
	2F 図書館	0.027	0.023	0.03	0.027	0.027	0.03	0.02		
	3F 講堂	0.033	0.023	0.033	0.033	0.03	0.033	0.027		
ミリアム館										
	1F 親と子の広場	0.027	0.023	0.027	0.037	0.033	0.03	0.027		
	2F プレイルーム2	0.03	0.027	0.033	0.03	0.033	0.03	0.033		
	3F 音楽室	0.03	0.03	0.033	0.03	0.033	0.027	0.027		

* 平成23年9月からより精緻な放射線測定を行うため、性能の高い測定器を購入しました。小数点第2位まで測定できます。

測定機種名: Thermo SCIENTIFIC RadEye PRD-ER