

桜の聖母短期大学構内放射線測定結果(平均値 μ Sv/hour)

令和2年度 地上100cmにおける測定

		4月3日	6月5日	7月3日	8月7日	9月4日	10月2日	11月6日	12月3日	
屋外	学生通用口	0.053	0.060	0.080	0.083	0.077	0.053	0.057	0.090	
	学生自転車置き場	0.060	0.053	0.063	0.067	0.063	0.053	0.070	0.060	
	バス停	0.097	0.117	0.123	0.153	0.167	0.103	0.170	0.160	
	正面玄関	0.107	0.100	0.100	0.117	0.097	0.097	0.110	0.087	
	マリアンホール正面玄関	0.063	0.083	0.083	0.103	0.083	0.073	0.060	0.067	
屋内										
マルグリット館	学生ホール	0.023	0.027	0.033	0.033	0.033	0.030	0.037	0.037	
	1F 正面玄関ホール	0.020	0.030	0.027	0.027	0.033	0.033	0.033	0.027	
	学生通用口廊下	0.037	0.030	0.037	0.043	0.037	0.033	0.043	0.037	
	2F キャリア相談室	0.027	0.030	0.027	0.027	0.027	0.027	0.030	0.030	
	3F 調理実習室	0.027	0.033	0.030	0.030	0.030	0.030	0.033	0.030	
	4F Rm.413	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.037	0.033	
	5F Rm.500	0.027	0.027	0.027	0.030	0.030	0.027	0.030	0.033	
	6F EVホール	0.037	0.033	0.033	0.033	0.043	0.040	0.033	0.033	
マリアンホール										
	1F プレイルーム1	0.023	0.023	0.027	0.027	0.033	0.030	0.030	0.027	
	第2学生ホール	0.023	0.020	0.027	0.027	0.020	0.027	0.023	0.023	
	2F 図書館	0.027	0.023	0.030	0.027	0.027	0.030	0.020	0.033	
	3F 講堂	0.033	0.023	0.033	0.033	0.030	0.033	0.027	0.027	
ミリアム館										
	1F 親と子の広場	0.027	0.023	0.027	0.037	0.033	0.030	0.027	0.030	
	2F プレイルーム2	0.030	0.027	0.033	0.030	0.033	0.030	0.033	0.033	
	3F 音楽室	0.030	0.030	0.033	0.030	0.033	0.027	0.027	0.033	

* 平成23年9月からより精緻な放射線測定を行うため、性能の高い測定器を購入しました。小数点第2位まで測定できます。

測定機種名: Thermo SCIENTIFIC RadEye PRD-ER